

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

04/12/PL

Producent:

ACCURO SP. Z O.O.
UL. KOLEJOWA 15/17
01-217 WARSZAWA
POLSKA

Deklaruję że:

wyroby medyczne:

**System do terapii zmiennym polem
magnetycznym niskiej częstotliwości
MAGNETUS2**

elementy systemu:

Sterownik MAGNETUS2
Generator MAGNETUS2
Leżanka MAGNETUS2
Pionizator MAGNETUS2
Aplikator C30 MAGNETUS2
Aplikator C60 MAGNETUS2
Wyświetlacz MAGNETUS2

Klasa:

klasa IIa według reguły 9 załącznik IX dyrektywy
93/42/EWG

- są zgodne z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG,
- oraz, że ocenę zgodności przeprowadzono zgodnie z załącznikiem II dyrektywy 93/42/EWG (ust. 4 załącznika II nie ma zastosowania).

Numery seryjne wyrobów objętych niniejszą deklaracją znajdują się w dokumentacji zwalniającej wyroby do sprzedaży: Kartoteka Accuro – Karty wyrobów, którą należy traktować jako część niniejszej deklaracji.



Jednostka Notyfikowana:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

podpis

Warszawa, 16.04. 2012

Piotr Tuchowski